


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.130.00508
Ölçüm Aralığı	0.05-8 mg/L Cu
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	150806
Üretim Tarih	06.08.2015
Min. Raf Ömrü	08/17

Bakır Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri



Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide -Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L Cu	0.028
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	0.7
Güven aralığı (%95) \pm [VB]	0.07
Doğruluk (%95) (\pm mg/L Cu)	0.21
Minimum Tespit Limiti [LLD] (\pm mg/L Cu)	0.11
Metot Tespit Limiti [MDL] (\pm mg/L Cu)	0.13
Hassasiyet (mg/L Cu / 0.01 Abs)	0.009

Kalibrasyon

Dilek Eroğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager