


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.100.00035
Ölçüm Aralığı	0.01-3.5 mg/L Fe
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	160818
Kalibrasyon Tarihi	18.08.2016
Min. Raf Ömrü	08/18

Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/L Fe	Abs
0.00	0.00
0.05	0.06
0.20	0.23
0.50	0.57
1.00	1.14
1.50	1.71
1.75	2.00
2.00	2.28
2.50	2.85
3.00	3.42



Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L Fe	0.0
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	0.0
Güven aralığı (%95) ± [VB]	0.0
Doğruluk (%95) (± mg/L Fe)	1.4
Minimum Tespit Limiti [LLD] (± mg/L Fe)	0.120
Hassasiyet (mg/L Fe / 0.01 Abs)	0.004

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager