


## LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.214.00323
Ölçüm Aralığı	0.03-2.3 mg/L NO <sub>2</sub>
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	150804
Üretim Tarih	15.04.2015
Min. Raf Ömrü	08/17

### Nitrit Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri



### Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide -Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L NO <sub>2</sub>	0.020
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	1.7
Güven aralığı (%95) ± [VB]	0.05
Doğruluk (%95) ( ± mg/L NO <sub>2</sub> )	0.08
Minimum Tespit Limiti [LLD] ( ± mg/L NO <sub>2</sub> )	0.02
Metot Tespit Limiti [MDL] ( ± mg/L NO <sub>2</sub> )	0.02
Hassasiyet (mg/L NO <sub>2</sub> / 0.01 Abs)	0.009

### Kalibrasyon

Dilek Eroğlu  
Kimyager

### Kalite Kontrol Lab.Şefi

Dr.Zekeriya Yerlikaya  
Kimyager